

兰州大学草地农业科技学院

工作简报

2021 年第 3 期（总第 3 期）

草地农业科技学院实验室安全工作小组 2021 年 4 月 2 日

草地农业科技学院实验室安全工作简报

2021 年 4 月 2 日，学院副院长范成勇和实验室安全管理工作小组成员常生华、杨倩、未丽和吴淑娟对碧野楼各研究所实验室安全进行了检查，并督促整改，各实验室分别存在一些安全隐患。其中，F205 室特别干净整洁，提出表扬。




一、主要存在隐患和问题

消防通道堆放样品；学生做实验不穿实验服；药品、耗材随意摆放；钢瓶未固定；实验垃圾不及时处理；水龙头漏水；药品柜未上锁；插线板未固定；仪器使用完毕未断电；安全检查记录本不登记；配置的溶液信息不全；危化药品管理不规范；培养箱漏水等。

二、现场照片







三、各实验室问题清单

实验室房号	责任人	问题	建议整改措施	限期整改完成时间	复查结果
碧野楼 F102、106	刘权 高红娟	钢瓶未固定	建议用铁链固定	4月9日	已整改
碧野楼 301	刘志鹏 刘亚洁	学生未穿实验服	规范学生实验防护	立即	已整改
碧野楼 301	刘志鹏 刘亚洁	垃圾未清理	建议安排值日, 确保室内卫生状况良好	立即	已整改
碧野楼 301	刘志鹏 刘亚洁	易制毒试剂随意摆放	建议加强易制毒药品管理	4月9日	已整改
碧野楼 301	刘志鹏 刘亚洁	安全检查记录本未登记	建议安排值日生, 督促检查做好安全记录	立即	已整改
碧野楼 306	翁秀秀 李发弟	水龙头漏水	建议更换水龙头	4月9日	已整改
碧野楼 401	侯扶江 常生华	培养箱漏水	建议增加接水桶	4月9日	已整改
碧野楼 502	牛得草 吴淑娟	药品乱放	建议加强药品管理	4月9日	已整改
碧野楼 507	牛得草 吴淑娟	实验室无人, 天平未关	建议做完实验及时关闭仪器电源	4月9日	已整改
碧野楼 602	郭正刚	插线板乱放、落地	建议悬挂插线板	4月9日	已整改
碧野楼 707	胡小文 刘亚洁	实验耗材随意堆放	建议安排好值日生, 规范实验耗材管理	4月9日	已整改
碧野楼 801	谢文刚 张祖欣	药瓶柜未上锁	建议药品柜上锁, 加强药品管理	4月9日	已整改
碧野楼 801	谢文刚 张祖欣	安全检查记录本未登记	建议安排值日生, 督促检查做好安全记录	立即	已整改
碧野楼 802	韩云华 张祖欣	插线板落地	建议悬挂插线板	4月9日	已整改
碧野楼 802	韩云华 张祖欣	药品乱放	建议加强药品管理	4月9日	已整改